

RISPOSTA A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Procedura DGRIC n. 3656 del 30 settembre 2022 – Finanziamento per l'acquisto di apparecchiatura elettromedicale per scopo di ricerca di cui al Decreto Direttoriale del 3 maggio 2023, n. 65 – CODICE CC-2022-23682647 - CODICE CUP B13C23001850001. **Avviso pubblico per l'affidamento, mediante procedura aperta, della fornitura di n. 1 Gamma Camera – CIG PSC-PV01**

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso pubblico, si riporta qui di seguito la richiesta di chiarimenti pervenuta e la relativa risposta.

Q: *“Vi chiediamo di confermare che il “progetto esecutivo per l'installazione nuova diagnostica” indicato nelle condizioni di fornitura dell'Allegato 1_Capitolato tecnico, si riferisce al progetto d'installazione contenente le specifiche tecniche del sistema NM che sarà consegnato dall'Aggiudicatario e che gli eventuali lavori di adeguamento dei locali saranno progettati ed eseguiti a cura e spese dell'ICS Maugeri.”*

R: Per "progetto esecutivo per l'installazione della nuova diagnostica", così come richiesto nelle condizioni di fornitura del CT, si intende fornitura di specifiche condizioni tecniche del sistema e di predisposizione tecnico/impiantistica dei locali per l'installazione della nuova diagnostica.

Tutti i lavori di adeguamento, nonché l'eventuale progettazione, controllo, direzione lavori ed esecuzione, saranno a carico di ICS Maugeri.

Si dà atto che sebbene la richiesta di chiarimenti sia pervenuta nei tempi indicati nell'Avviso pubblico, l'indicazione nella PEC di invio di un oggetto diverso da quello previsto nell'Avviso non ne ha permesso l'elaborazione e la conseguente pubblicazione nei tempi previsti dall'Avviso. Si conferma che alla luce di quanto sopra non potranno essere concesse proroghe per la presentazione delle offerte.

Pavia, 11 marzo 2025

ICS Maugeri S.p.A. SB

Il RUP

